

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Dostawa odczynników, próbek i materiałów medycznych dla Laboratorium Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ”

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI:

PAKIET PYTAŃ NR 1 – 15.01.2021 r.

Dotyczy Wzoru umowy – Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego, dotyczy pakiet nr 1:

§4 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności wynosił 30 dni i był liczony od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na termin płatności w wysokości 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§5 ust. 1:

Czy Zamawiający dopuści dostanie wymaganych dokumentów wraz z umową?

Wykonawca motywuje swoją prośbę powodami technicznymi.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dostanie wymaganych dokumentów wraz z umową.

PAKIET PYTAŃ NR 2 – 18.01.2021 r.

Czy Zamawiający dopuści próbkę z fluorkiem sodu i EDTA-K3 lub fluorkiem sodu i szczawianem potasu?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na złożenie oferty podpisanej podpisem elektronicznym drogą mailową.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET PYTAŃ NR 3 – 18.01.2021 r.

Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 6 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści probówkę do hematologii K2EDTA o pojemności 2ml?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza probówkę do hematologii o poj. 2 ml.

Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 6 poz. 4 :

Czy Zamawiający będzie wymagał probówki do koagulologii z ograniczoną przestrzenią wolną minimalizującą aktywację płytek dzięki czemu można uniknąć ryzyka związanego z fałszywie skróconymi wynikami APTT u pacjentów leczonych niefrakcjonowaną heparyną oraz PT i INR u pacjentów leczonych warfaryną?

Odp. Zamawiający nie wymaga przedstawionych w pytaniu warunków.

Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 6 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści probówkę do glukozy 2 ml z fluorkiem sodu i szczawianem potasu lub fluorkiem sodu i EDTA – oba połączenia odczynników hamują aktywność enzymatyczną w procesie glikolizy więc zapobiegają metabolizowaniu glukozy przez komórki krwi?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza probówkę do glukozy o poj. 2 ml.

Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 6 poz. 6:

Czy Zamawiający oczekuje igły z oknem wizualizacyjnym o długości min.0,9cm położonym przed uchwytem – potwierdzone zdjęciem produktu?

Odp. Zamawiający nie oczekuje dł. okienka min. 0,9 cm, zdjęcie produktu nie jest wymagane.

Pytanie 5, dotyczy pakietu nr 6 poz. 9 :

Czy Zamawiający oczekuje igły z oknem wizualizacyjnym o długości min.0,9cm położonym przed uchwytem – potwierdzone zdjęciem produktu oraz o długości igły 25mm?

Odp. Oczekiwana dł. igły 25 mm , długość okienka min. 0,9 mm i zdjęcie produktu nie jest wymagane.

Pytanie 6, dotyczy pakietu nr 6:

Czy Zamawiający oczekuje aby zgodnie z rekomendacjami CLSI, KIDL, EFLM wszystkie elementy systemu zamkniętego, służące bezpośrednio do pobierania krwi – igły, probówki, uchwyty pochodziły od 1 producenta co zapewnia całkowitą kompatybilność i bezpieczeństwo stosowania?

Odp. Zamawiający nie oczekuje jednego producenta, wystarczy certyfikat kompatybilności.

Pytanie 7, dotyczy pakietu nr 6:

Zwracamy się z prośbą o dodanie w formularzu cenowym dla pakietu nr 6 kolumny „Producent/ numer katalogowy”. Jedynie posiadając identyfikację produktu zamawiający będzie miał możliwość weryfikacji produktów pod kątem ich parametrów.

Odp. Zamawiający nie zmieni formularza cenowego.

Pytanie 8

Zwracamy się o potwierdzenie, że wymóg wystawienia dokumentów nie wcześniej niż 6 miesięcy dotyczy jedynie dokumentów podmiotowych.

Odp. Treści w zapytaniu ofertowym pozostają bez zmian.

Pytanie 9

Czy z uwagi na szczególną sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie środków komunikacji elektronicznej podczas składania oferty zgodnie z komunikatem i zaleceniami Urzędu Zamówień Publicznych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET PYTAŃ NR 4 – 18.01.2021 r.

1. Czy Zamawiający dopuści w formularzu cenowym, aby kalibrator dla HDL (pozycja kalibrator do HDL) zawierał się w Multikalibratorsze (pozycja Multikalibrator biochemiczny), z uwzględnieniem wszystkich ilości badań wymaganych przez Zamawiającego w formularzu?

Odp. Zamawiający dopuszcza opisaną sytuację, w takim przypadku w pozycji 24 pakiet VI należy wpisać: nie wymagany osobny kalibrator.

2. Czy Zamawiający dopuści w formularzu cenowym kalibrator dla białka w moczu (pozycja kalibrator do białka w moczu) zawierał się w zestawie wraz z odczynnikiem do białka w moczu (pozycja Białko w moczu), z uwzględnieniem wszystkich ilości badań wymaganych przez Zamawiającego w formularzu?

Odp. Zamawiający dopuszcza opisaną sytuację, w takim przypadku w pozycji 2 pakiet VI należy wpisać: kalibrator zawarty w zestawie, skalkulowany w cenie zestawu do oznaczenia białka w moczu poz. 16 pakiet VI.