

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. „Dostawa odczynników, próbek i materiałów medycznych dla Laboratorium Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ”

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI/ WYJAŚNIENIAMI:

PAKIET PYTAŃ NR 6 – 21.01.2021 r.

1. W związku z tym, że Zamawiający udzielił 2 różnych odpowiedzi dotyczących igły z wizualizacją z pozycji nr 9 Pakietu nr 6 (odpowiedzi z 18.01.2021 - pakiet pytań nr 3, pytania 4 i 5), prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający nadal dopuszcza pierwotnie przez siebie opisaną igłę - czyli o długości 38 mm i z okienkiem wizualizacyjnym mniejszym niż 0,9 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza oba rodzaje igieł: 0,8mm x 38 mm oraz 0,8 x 25 mm bez określenia wielkości okienka wizualizacyjnego.

2. Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 7 Pakietu nr 6 próbki z żelem separującym o objętości krwi 3,5 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza próbki o poj. 3,5 ml.